

中性红染色液(1/3000)

产品简介:

中性红是一种弱碱性 pH 指示剂, 变色范围在 pH6.4 ~ 8.0 之间(由红变黄), 分子式为 $C_{15}H_{16}N_4 \cdot HCl$, 分子量为 288.78, 在中性或微碱性环境中植物的活细胞能大量吸收中性红并向液泡中分泌, 由于液泡在一般情况下呈酸性反应, 因此进入液泡的中性红便解离出大量阳离子而呈现樱桃红色, 在这种情况下原生质和细胞壁一般不着色。死细胞由于原生质变性凝固, 细胞液不能维持在液泡内, 用中性红染色后不产生液泡着色现象, 相反中性红的阳离子, 却与带有一定负电荷的原生质及细胞核结合, 而使原生质与细胞核染色。

Leagene 中性红染色液(1/3000)是一种组织或细胞染色时常用的可以把细胞核染成红色的染色液, 常用于组织或细胞染色中细胞核的红色复染。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DA0068	Storage
	Neutral Red Stain(1/3000)		100ml
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、4%多聚甲醛、蒸馏水或 PBS、系列乙醇

操作步骤(仅供参考):

- 1、细胞涂片用 4%多聚甲醛固定 10min 以上。
- 2、中性红染色: Neutral Red Stain(1/3000)染色 2 ~ 5min。
- 3、用蒸馏水或 PBS 等充分洗涤。
- 4、进行观察和拍照。

注意事项:

- 1、首次使用本试剂时建议先取 1~2 个样品做预实验。
- 2、中性红染色液时, 可以根据染色结果和要求调整时间。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。常温运输和保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0075	青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)
CT0026	MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
DA0065	台盼蓝染色液(0.4%)
DC0032	Masson 三色染色液
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)